

## ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

### จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ

#### 1. ความเป็นมา

ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค มีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุ มีไม่เพียงพอต่อการใช้สอย เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ ขำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เห็นถึงปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้อนุมัติงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อใช้สำหรับผู้สูงอายุ ภายใน ศพส.บ้านบางแค

#### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ

#### 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์...

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวนรพร ไชยพลกษ์) (นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรี ละภักดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอ ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.13.1 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

3.13.2 สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

#### 4. รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดส่งแผนการจัดส่งครุภัณฑ์ มายังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ 1 เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 291,000 บาท

##### 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาง่าย และใช้งานได้สะดวก

1.2 สามารถวัดผลความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ

1.3 Battery ใช้ได้ทั้งแบบชาร์ตไฟฟ้า หรือแบบ ALKALINE ขนาด AA/AAA

##### 2. คุณสมบัติ...

(ลงชื่อ).....*นางสาว นพพร ไชยพฤกษ์*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*รศ.ดร. สุชาดา ทองเจริญโรจน์*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*นางนุจรี ละภักดี*.....กรรมการ

(นางสาวนพพร ไชยพฤกษ์)

(นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์)

(นางนุจรี ละภักดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4

## 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยี IntelliSense ซึ่งมีระบบควบคุมบีมลมแบบพิเศษ (เครื่องจะจับค่าความดันโลหิตพร้อมกับชีพจรตั้งแต่ที่เริ่มปล่อยลมเข้าผ้าแขนจนพบโลหิตของผู้วัดได้อย่างรวดเร็ว และบีบตัดแขนน้อย)

2.2 สามารถวัดค่าความดันโลหิตระหว่าง 0-299 มิลลิเมตรปรอท ค่าความเที่ยงตรง  $\pm 3$  มิลลิเมตรปรอท

2.3 สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง 40-180 ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง  $\pm 4\%$  ของค่าที่อ่านได้

2.4 สามารถดูข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 90 ค่า พร้อมวันที่และเวลา

2.5 มีสัญลักษณ์แสดงค่าความดันโลหิตสูง

2.6 อุปกรณ์ประกอบ

2.6.1 ผ้าพันแขนขนาด เส้นรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 17-36 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน

2.6.2 AC Adaptor จำนวน 1 ชุด

## 3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

3.2 คู่มือวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และตารางอ่านค่าความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจ อย่างละ 1 ชุด

3.3 กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด

รายการที่ 2 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 300,700 บาท

## 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส

1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาง่าย และใช้งานได้สะดวก

1.3 สามารถวัดผลอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ

1.4 ใช้แบตเตอรี่ ALKALINE ขนาด AA หรือ AAA จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน

## 2. คุณสมบัติ...

ลงชื่อ) นางสาว นรพร ไชยพุกษ์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) นางสาว สุชาดา ทองเจริญโรจน์ กรรมการ (ลงชื่อ) นางนุจรีย์ ละภักดี กรรมการ  
(นางสาว นรพร ไชยพุกษ์) (นางสาว สุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรีย์ ละภักดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4

## 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด มีลักษณะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิจากวัตถุที่ปล่อยรังสีความร้อนออกมา
- 2.2 มีค่าความละเอียดแม่นยำ เทียบตรงในการวัด  $\pm 1.5\%$  หรือ  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$  หรือดีกว่า
- 2.3 มีช่วงการวัด ระหว่าง  $35.0 - 42.2^{\circ}\text{C}$
- 2.4 หน่วยความจำ เก็บข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ 20 ค่า
- 2.5 เลือกแสดงหน่วยเป็น  $^{\circ}\text{C}$  หรือ  $^{\circ}\text{F}$  ได้
- 2.6 มีจอแสดงผล LCD HD Display แสดงค่าเป็นตัวเลข
- 2.7 มีไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง และมีเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด
- 2.8 สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้ตั้งแต่  $35.0 - 42.0^{\circ}\text{C}$  ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ  $37.6^{\circ}\text{C}$
- 2.9 มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน

รายการที่ 3 เครื่องตรวจวัดปริมาณความเค็ม แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง  
ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 145,500 บาท

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เครื่องวัดปริมาณความเค็มในอาหาร
- 1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพา และใช้งานได้ง่าย
- 1.3 สามารถวัดผลความเค็มหรือโซเดียมในอาหารได้อย่างแม่นยำ เทียบตรง และมีประสิทธิภาพ
- 1.4 แบตเตอรี่สามารถประจุไฟได้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

### 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 ตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ ( $\% \text{NaCl}$ ) ในหน่วยกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ( $\text{g}/100\text{ml}$ )
- 2.2 การวัดค่าความเค็ม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการวัดค่าการนำไฟฟ้าและวงจรรขยายสัญญาณ
- 2.3 แสดงค่าเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าความละเอียดที่แม่นยำในการวัดผล  $\pm 5$  ของหน่วยวัดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักหรือดีกว่า
- 2.4 มีเซ็นเซอร์เหมาะสำหรับการใช้งานตรวจวัดอาหาร โดยผู้ใช้สามารถทำการสอบเทียบค่าได้ด้วยตนเองและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

(ลงชื่อ).....*นางสาว นรพร ไชยพฤกษ์*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*นางสาว สุชาดา ทองเจริญโรจน์*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*นางนุจรี ละภักดี*.....กรรมการ

(นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์) (นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรี ละภักดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4



### 3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 3.2 คู่มือวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชุด
- 3.3 กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 3.4 แล็บตรวจระดับน้ำตาลในเลือดใช้กับเครื่องตรวจแบบพกพา พร้อมเข็มเจาะจากปลายนิ้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บริษัทผู้ผลิตเดียวกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสารดูดความชื้น
- 3.5 เข็มเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น

รายการที่ 5 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 349,200 บาท

#### 1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพื่อใช้ตรวจค่าไขมัน 5 รายการ : ไตรกลีเซอไรด์ (TG), คอเลสเตอรอลรวม (TC), HDL, LDL, TC/HDL Ratio
- 1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาง่าย และใช้งานได้สะดวก
- 1.3 สามารถวัดผลระดับไขมันในเลือดได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ
- 1.4 ใช้แบตเตอรี่ ALKALINE ขนาด AA หรือ AAA จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน

#### 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 ตรวจวัดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม (TC), เอชดีแอล (HDL), ไตรกลีเซอไรด์ (TG) และคำนวณอัตราส่วนคอเลสเตอรอลรวมเอชดีแอล (TC/HDL Ratio) และแอลดีแอล (LDL)
- 2.2 ตรวจวัดปริมาณเลือดที่ใช้ 35 $\mu$ L (แผ่นตรวจ 5 อย่าง), 10 $\mu$ L (แผ่นตรวจ 1 อย่าง)
- 2.3 ชนิดของตัวอย่างเลือด : whole blood, serum, plasma
- 2.4 อ่านค่าหรือผลการวัดได้ภายใน 2 นาที
- 2.5 ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานภายใน 5 นาที
- 2.6 หน่วยความจำบันทึกได้ 500 ค่า
- 2.7 ได้การรับรอง CE Mark

### 3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 3.2 คู่มือวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชุด
- 3.3 กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด

(ลงชื่อ).....*ช.พร. ไข่มุก*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*ส.พร. ทองใจ*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*น.จ. ละเอียด*.....กรรมการ

(นางสาวนรพร ไข่มุก) (นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรี ละภักดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4

3.4 แถบตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่สามารถวัดค่าได้ 5 อย่างใน 1 แผ่น คือ ตรวจวัดค่าปริมาณคอเลสเตอรอลรวม (TC), เอชดีแอล (TC/HDL Ratio) และแอลดีแอล (LDL) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น

3.5 เข็มเจาะเลือดตรวจระดับไขมันในเลือด จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น

รายการที่ 6 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 184,300 บาท

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลแทนเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอล และวัด BMI ได้ง่ายและแม่นยำ

1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา ใช้งานได้สะดวก

1.3 สามารถวัดผลน้ำหนักในร่างกายได้อย่างแม่นยำ เทียงตรง และมีประสิทธิภาพ

1.4 ใช้แบตเตอรี่ ALKALINE ขนาด AA หรือ AAA จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน หรือถ่านกระดุม 3V จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ก้อน

### 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 ระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์ มีเซ็นเซอร์ถึง 4 จุดด้วยกัน เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

2.2 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม

2.3 หน้าจอแสดงผลแบบ LED ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 มม. เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจน

2.4 อ่านค่าหรือผลการวัดได้ภายใน 2 นาที

2.5 ฐานชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 27x37 ซม. และเป็นกระจกชนิดหนาพิเศษ แข็งแรง ปลอดภัย

2.6 เครื่องสามารถเปิด-ปิดได้อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน

2.7 สามารถเลือกตัวชี้วัดได้เป็นกิโลกรัม/ปอนด์/สโตน

2.8 การแสดงวัดผลที่แม่นยำ โดยการเพิ่มน้ำหนักให้ทีละ 100 กรัม

### 3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

3.2 คู่มือวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชุด

### 5. การรับประกัน...

(ลงชื่อ) นาง อรุณ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) สุภาว ทอเกียรติ กรรมการ (ลงชื่อ) นงรี ดนดิ กรรมการ  
(นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์) (นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรี ละภักดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4

## 5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่พัสดุและส่วนควบของพัสดุที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเล็กน้อยของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

## 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบของพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

## 7. งบประมาณ

งบประมาณจำนวน 1,600,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงินงบประมาณที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

## 8. การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยส่งมอบงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.1 เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.2 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.3 เครื่องตรวจวัดปริมาณความเค็ม แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.4 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.5 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.6 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

## 9. การเบิกจ่ายเงิน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าพัสดุ

## 10. สถานที่...

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์)  
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
(นางนุจรี ละภักดี)  
ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4



### 10. สถานที่ส่งมอบงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทรติดต่อ 0 2455 1592

### 11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

### 12. เอกสารสิทธิ

ผลงานทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ หากผู้รับจ้างต้องการเผยแพร่ผลการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

### 13. อัตราค่าปรับ

กรณีไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารายตัวร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

### 12. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  
เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160  
เบอร์โทรติดต่อ 0 2455 1592  
e-mail address : banbangkhae@dop.mail.go.th

(ลงชื่อ).....*โชนิ อรรถน*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*สุภัค ทวีสิน*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*บุษย์ นิลกิต*.....กรรมการ  
(นางสาวนรพร ไชยพุกฤษ์) (นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจรี ละภักดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส. 4